



# KRAS G13D Reference Standard (38G>A)

## KRAS基因G13D标准品(38G>A)

**目录号：** CW2766S (1  $\mu\text{g}$ )

**保存条件：** -70°C保存。

### 产品内容

Component	CW2766S 1 $\mu\text{g}$
KRAS G13D Reference Standard (38G>A)	1 $\mu\text{g}$ (10 ng/ $\mu\text{l}$ )

### 产品简介

KRAS基因G13D标准品(38G>A)可作为标准物质用于KRAS基因G13D的定性检测以及质量控制。本品来源于特定细胞培养后提取的基因组DNA，采用NGS方法定量突变频率为50% $\pm$ 5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/ $\mu\text{l}$ 。

### 使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。