



EGFR T790M Reference Standard (2369C>T) EGFR基因T790M标准品(2369C>T)

目录号： CW2769S (1 μg)

保存条件： -70°C保存

产品内容

Component	CW2769S 1 μg
EGFR T790M Reference Standard (2369C>T)	1 μg (10 ng/μl)

产品简介

EGFR基因T790M标准品(2369C>T)可作为标准物质用于EGFR基因T790M的定性检测以及质量控制。本品来源于人工构建的突变质粒DNA。以人类基因组DNA为背景，混合阳性T790M突变质粒。采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/μl。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。