



# EGFR L747\_T751>P Reference Standard (c.2239\_2251delinsC)

## EGFR基因L747\_T751>P标准品 (c.2239\_2251delinsC)

目录号：CW2782S (1 µg)

保存条件：-70°C保存

### 产品内容

|   |                 |
|---|-----------------|
| Component   | CW2782S<br>1 µg |
| EGFR L747_T751>P Reference Standard<br>(c.2239_2251delinsC) | 1 µg (10 ng/µl) |

### 产品简介

EGFR基因L747\_T751>P标准品(c.2239\_2251delinsC)可作为标准物质用于EGFR基因L747\_T751>P的定性检测以及质量控制。本品来源于人工构建的突变质粒DNA。以人类基因组DNA为背景，混合阳性L747\_T751>P突变质粒。采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/µl。

### 使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。