



EGFR H773_V774 insH Reference Standard (c.2319-2320insCAC)

EGFR基因H773_V774 insH标准品 (c.2319-2320insCAC)

目录号：CW2793S (1 μ g)

保存条件：-70°C保存

产品内容

Component	CW2793S
	1 μ g
EGFR H773_V774 insH Reference Standard (c.2319-2320insCAC)	1 μ g (10 ng/ μ l)

产品简介

EGFR基因H773_V774 insH标准品(c.2319-2320insCAC)可作为标准物质用于EGFR基因H773_V774 insH的定性检测以及质量控制。本品来源于人工构建的突变质粒DNA。以人类基因组DNA为背景，混合阳性H773_V774 insH突变质粒。采用NGS方法定量突变频率为50% \pm 5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/ μ l。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。